



UDB 26-047

Offentligt udbud af Billede diagnostik

RETTELSESBLAD UDSENDT 02.09.2026.

ORDEGRIVER ACCEPTERER NEDESTÅENDE, SÅLEDES AT DET INDGÅR SOM RETTELSER OG ÆNDRINGER JF VORES BESVARELSE (Ændring/kommentar fra Ordregiver)

Henvendelse/Anmodning	Ændring/Kommentar fra Ordregiver
Samtlige krav nedenfor er stærkt konkurrencebegrænsende og opfyldes kun af én leverandør på markedet. Derfor bør disse krav ændres fra minimumsbetingelser til konkurrenceparametre eller omformuleres til følgende forslag eller lignende.	Vi er fagligt indforstået med at justere kravene, da det sikrer den nødvendige konkurrence, men vi fastholder vores primære kliniske behov.
2.2 MK En mobil motoriseret lungestand med tracking til det mobile udstyr. PK En mobil lungestand med eller uden tracking og motorisering. 2.3 MK Det mobile DR-apparat skal have en motoriseret rørarm, så synkroniseringen af lungestanden er motoriseret på både det mobile apparat og lungestanden. PK Det mobile DR-apparat bør have en motoriseret rørarm, så synkroniseringen af lungestanden er motoriseret på både det mobile apparat og lungestanden. 3.6 MK Detektorer skal have AEC-funktion med synlige felter på detektoren til trådløs brug. Gælder alle trådløse detektorer.	Vedr. pkt. 2.2 og 2.3 (Lungestand og synkronisering): Svar: Kravene ændres hermed fra A-krav til B-krav. Ordregiver gør opmærksom på, at det mobile udstyr påtænkes anvendt primært stationært som erstatning for et konventionelt røntgenrum. Det vil derfor vægte positivt i den kvalitative evaluering af workflow og ergonomi, såfremt synkroniseringen mellem røntgenrør og lungestand er motoriseret og med tracking, da dette understøtter et stationært-lignende workflow bedst muligt. Manuelle løsninger accepteres dog fuldt ud og vil indgå i evalueringen. Vedr. pkt. 3.6 (AEC på detektorer): Svar: Kravet ændres for at sikre bredere konkurrence. Ordlyden "med synlige felter på detektoren" udgår af A-kravet.



PK Mindst én trådløs detektor bør have en AEC-funktion. Funktionen bedes forklaret.	Det fastholdes som et A-krav, at mindst én af de tilbudte trådløse detektorer har AEC-funktion til trådløs brug. Det gøres til et B-krav, hvorvidt samtlige tilbudte detektorer har denne funktion. Tilbudsgiver bedes derudover forklare, hvordan operatøren orienteres om målefelternes placering (f.eks. via fysiske markeringer, software eller lignende).
--	---