



UDB 26-048

Offentligt udbud af CT scannere

RETTELSESBLAD UDSENDT 31.08.2026.

ORDEGRIVER ACCEPTERER NEDESTÅENDE, SÅLEDES AT DET INDGÅR SOM RETTELSER OG ÆNDRINGER.

Henvendelse/Anmodning	Ændring fra Ordregiver
2.3 Patientmonitorering og automatisk patientpositionering Krav: To overvågningskameraer til patientmonitorering skal inkluderes med tilhørende monitor ved operatørkonsollen. Derudover skal et loftmonteret kamera installeres til automatisk patientpositionering og optimal isocentrering. Kommentar/spørgsmål: Vi vil gerne anmode om, at dette krav ændres fra et mindstekrav til et evalueringskrav. Der findes alternative løsninger til optimering af patientpositionering, dosisstyring og billedkvalitet, som ikke er baseret på kamerabaseret automatisk positionering. Disse løsninger kan levere tilsvarende kliniske resultater uden anvendelse af et loftmonteret kamerasystem.	Svar: Kravet ændres fra et A-krav til et B-krav. Ordregiver accepterer alternative, dokumenterede løsninger til optimering af patientpositionering, dosisstyring og isocentrering uden brug af loftmonteret kamera. Kravet om to overvågningskameraer og monitor ved operatørkonsollen fastholdes
8.2.8 TAVI-scanning Krav: Scanneren skal understøtte kombineret gated og non-gated scanning i samme optagelse, rekonstrueret i samme serie, for at sikre optimale betingelser ved TAVI-scanning. Beskriv løsningen.	Svar: Kravet fastholdes som et A-krav, men omformuleres til et funktionskrav for at sikre bredere konkurrence. Det nye krav lyder: "Scanneren skal understøtte gennemførelsen af komplette TAVI-scanninger (inkl. EKG-gated scanning af



Kommentar/spørgsmål: Vi vil gerne opfordre til, at dette krav enten udgår eller ændres til et evalueringskrav. TAVI-scanning kan udføres med meget lav stråledosis og kontrastmiddelbelastning ved hjælp af alternative teknologiske løsninger, uden at der nødvendigvis kræves variabel pitch-scanning inden for samme optagelse. Kravet risikerer derfor at begrænse konkurrencen uden at være afgørende for det kliniske resultat.	hjerter/aortarod samt scanning af adgangsveje). Den specifikke teknologiske løsning er underordnet, såfremt den kliniske og diagnostiske kvalitet sikres med et optimeret dosis- og kontrastmiddelforbrug." Løsningen skal beskrives i tilbuddet.
Er det muligt at nedenstående krav 8.6.3 kan ændres til konkurrencekrav, da leverandører har forskellige løsninger på dette. Eftersom der bliver bedt om hvordan og hvorledes forholdet løses af tilbuddet vil dette give mening. "Ved fuld fjernstyring fra ekstern lokation skal systemet kunne integreres med afdelingens audiovisuelle patientovervågning (kameraer og intercom, jf. pkt. 2.3 og 2.4), så fjernoperatøren har fuld visuel kontakt med patienten og kan kommunikere direkte via samtaleanlægget under forløbet. Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet. Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet."	Svar: Ordregiver accepterer anmodningen for at sikre bredere konkurrence. Krav 8.6.3 ændres hermed fra et mindstekrav (A-krav) til et konkurrencekrav (B-krav). Det kliniske behov er at sikre fuld visuel kontakt og gnidningsfri kommunikation mellem fjernoperatør og patient af hensyn til patientsikkerheden. Leverandøren bedes beskrive, om og hvorledes deres system bedst muligt løser dette behov. Gode, integrerede og brugervenlige løsninger til dette formål vil blive vægtet positivt i den kvalitative evaluering.