



Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

UDB 26-047

Offentligt udbud af Billeddiagnostik

Udsendt den 5. september 2026

Spørgsmål og svar i anonymiseret form

Spørgsmål/Henvendelse	Svar
Vil det være muligt at byde ind med et gulvmonteret system I stedet for et mobilt system???	Tak for din mail. Det vil desværre ikke være muligt at byde ind med et gulvmonteret system. Det er besluttet på direktionsniveau, at alt fastmonteret røntgenudstyr på vores 15 kystlokationer skal erstattes af mobile enheder. Dette ultimative krav fastholdes, da mobile systemer er afgørende for at skabe den nødvendige fleksibilitet over de store geografiske afstande i Grønland, særligt i forbindelse med nedbrud, hvor udstyr hurtigere skal kunne om rokeres eller udskiftes. Udbuddet fastholdes derfor udelukkende på mobile systemer.