



UDB 26-048

Offentligt udbud af 2 stk. CT scannere Hjerte

Spørgsmål og svar i anonymiseret form

Spørgsmål/Henvendelse	Svar
Jeg har lige set at materialet nu er tilgængeligt på den Grønlandske del, dog er der kun en kravspecifikation uploadet.	Bemærk at der udbydes 2 hjertescannere nu; scanner til Traume er udgået af udbudsprocessen. Af kravspecifikationen fremgår den forskel der er på de 2 Hjerte scannere. Der er tilføjet kravet om CT-vejledt biopsi/gennemlysning som et A-krav. Bemærk, at det kun er den ene af de to skannere, der skal leveres med den fulde biopsi-pakke (dette er skrevet ind i filen).
MK 3.4 (Detektorer skal have AEC funktion med synlige felter på detektor for trådløs brug):	Svar: Kravet fastholdes som et ufravigeligt mindstekrav (A-krav). Da udstyret primært skal betjenes af uuddannet personale, er indbygget AEC i de trådløse detektorer helt afgørende for at sikre korrekt dosering og patientsikkerhed. Manuelle to-punkts teknikker baseret på patientstørrelse accepteres ikke som et fyldestgørende alternativ, da det medfører en for stor risiko for fejlbetjening og overeksponering.
7.1 Rumlayout	DWG filerne er efterspurgt hos den interne projektleder.



Krav: Der skal udarbejdes et layoutforslag baseret på de fremsendte plantegninger. Kommentar/spørgsmål: Kan I venligst fremsende CT-rummenes DWG-filer, så vi kan udarbejde og fremsende de nødvendige tegnings- og layoutoversigter som overlay på de eksisterende tegninger?	
7.6 Bygningsmæssige og tekniske forhold Krav: Eventuelle nødvendige ændringer til eksisterende bygning, elforsyning, ventilation, køling eller lignende forhold i relation til rumtegningerne skal beskrives. Kommentar/spørgsmål: For at kunne foretage en kvalificeret vurdering og rådgivning vedrørende installationen vil vi bede om yderligere oplysninger om: Adgangs- og leveringsforhold til installationsområdet Tilgængelig elforsyning (effekt og tilslutningsforhold) Ventilations- og kølekapacitet i rummene	Svar: Det Grønlandske Sundhedsvæsen har udbudt behovet for indgåelse af en leverancekontrakt jf. dette udbud UDB 26-048. Efter tildeling vil Medico o.a. gå i en dyb og faglig dialog med leverandøren om netop de stillede forhold og spørgsmål. DWG filerne er efterspurgt hos den interne projektleder.