



Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

UDBUD USB 26-047

Offentligt udbud af Billeddiagnostik

Nuuk, den 27. august 2026

Spørgsmål og svar i anonymiseret form

Udsendelse nr. 1

Spørgsmål/Henvendelse	Svar
27.8.2026 Jeg kan se at gennemlysning nu er c-bue. Til den del vil jeg lige nævne at teksten her "(én styre-pc) og generator." Vi det være muligt at byde med et DR system og et gennemlysnings c-bue som ikke deler PC og generator. Men har ens brugerflader?	27.8.2026 Ja, ordregiver accepterer, at der tilbydes en løsning bestående af et DR-system og et separat C-bue system, som ikke deler pc og generator. Det er dog en forudsætning, at systemerne har en ensartet brugerflade, og at den samlede løsning i øvrigt fuldt ud opfylder de funktionelle krav, der er beskrevet i kravspecifikationen."