



UDB 26-048

Offentligt udbud af CT scannere

RETTELSESBLAD UDSENDT 2.09.2026.

ORDEGRIVER ACCEPTERER NEDESTÅENDE, SÅLEDES AT DET INDGÅR SOM RETTELSER OG ÆNDRINGER JF VORES BESVARELSE (Ændring/kommentar fra Ordregiver)

Henvendelse/Anmodning	Ændring/Kommentar fra Ordregiver
Vedr. Kravspecifikation 8.3.14 Det er et krav, at minimum én af de to tilbudte skannere leveres med komplet udstyr til CT-vejledt biopsi og fluoroskopi (CT-gennemlysning). Dette skal indeholde CT-fluoroskopi-software, in-room interventionspult ved gantry, loftsmonteret in-room monitor og steril betjeningsenhed/fodpedal. Spørgsmål: Der findes i dag flere veletablerede metoder til udførelse af CT-vejledte biopsier. CT-fluoroskopi er én af disse metoder, men nyere teknologier baseret på hurtige sekventielle scanninger ("step-and-shoot"), navigationsløsninger baseret på forudgående CT-optagelser samt andre avancerede interventionsværktøjer anvendes i stigende omfang klinisk. Disse løsninger kan tilbyde høj billedkvalitet og samtidig reducere stråleeksponeringen for operatøren sammenlignet med traditionel CT-fluoroskopi.	Vedr. punkt. 8.3.14 (CT-vejledt biopsi): Svar: Forslaget imødekommes. Det fastholdes som et mindstekrav (MK), at der leveres en komplet løsning til CT-vejledt biopsi til den ene skanner. Kravene til selve teknologien og metoden ændres dog til et evalueringskrav (B-krav), så alternative, veldokumenterede løsninger (f.eks. "step-and-shoot") fuldt ud accepteres. Tilbudsgiver bedes beskrive den tilbudte biopsi- og interventionsløsning, herunder den anvendte vejledningsmetode og dosisbesparende tiltag, hvilket vil indgå i den kvalitative evaluering.



På mange hospitaler betragtes de derfor som fuldt ud anvendelige alternativer til gennemlysningsbaserede procedurer.

På denne baggrund henstilles der til, at tilbudsgiver beskriver den tilbudte biopsi- og interventionsløsning, herunder den anvendte vejledningsmetode.

Det foreslås endvidere, at dette vurderes som et evalueringsparameter (B-krav) frem for et mindstekrav, således at leverandører med alternative, klinisk veldokumenterede biopsiløsninger ikke udelukkes alene på baggrund af, at løsningen ikke er baseret på CT-fluoroskopi.