



UDB 26-047

Offentligt udbud af Billeddiagnostik

Spørgsmål og svar i anonymiseret form

Spørgsmål/Henvendelse	Svar
MK 3.4 Detektorer skal have AEC funktion med synlige felter på detektor for trådløs brug. Gælder alle trådløse detektorer. Spørgsmål: Vil Ordregiver acceptere alternative løsninger, hvor systemet igennem patient størrelser og to punkts teknik som opfylder det kliniske behov?	Svar: Kravet fastholdes som et ufravigeligt mindstekrav (A-krav). Da udstyret primært skal betjenes af uddannet personale, er indbygget AEC i de trådløse detektorer helt afgørende for at sikre korrekt dosering og patientsikkerhed. Manuelle to-punkts teknikker baseret på patientstørrelse accepteres ikke som et fyldestgørende alternativ, da det medfører en for stor risiko for fejlbetjening og overeksponering.
14.1.1: Installationen skal bestå af et multifunktionelt system baseret på en C-bue, hvor rør og detektor er monteret herpå, således at systemet kan dække alle typer af gennemlysning og konventionelle optagelser uden brug af separat lofrør. Er dette til at kunne tage thorax og løse optagelser? Så er det måske ikke C-buer der skal beskrives her?	Punkt 3. (14.1.1 Multifunktionelt system vs. thorax): Svar: Det bekræftes, at det kliniske behov er, at den samlede løsning skal kunne udføre både gennemlysning, stående thorax og løse konventionelle optagelser uden brug af separat lofrør. Kravet er funktionsbaseret, og leverandøren bedes tilbyde og beskrive den systemkonfiguration, der bedst løser dette samlede behov for afdelingen.
14.1.2: Detektor størrelsen på den lille detektor 25x30cm (+-3cm). Kan dette være 25x30 +/- 5 cm?	Punkt 4. (14.1.2 Detektorstørrelse på lille detektor): Svar: Ja, kravet ændres for at sikre konkurrencen, så en tolerance på +/- 5



	cm for den lille detektor (25x30 cm) accepteres.
15.4: Stående optagelser skal som minimum kunne udføres i intervallet 0,5-2 m. For liggende optagelser skal der som minimum være 2 m fra røntgenrøret(FDA) og ned til gulvet. Oplys fokus-detektor afstand. Angiv værdi for max. og min. fokus-detektor afstand. Er dette til det løse loftrør med lungestand?	Punkt 5. (15.4 Afstande til stående og liggende optagelser): Svar: Afstandskravene gælder for det tilbudte multifunktionelle system. Ordregiver er opmærksom på, at visse systemer kan have tekniske begrænsninger ift. en fuld 2 meters afstand ved stående thorax uden loftrør. Leverandøren bedes oplyse de maksimale fokus-detektor afstande (SID), som deres system kan præstere ved stående og liggende optagelser, hvorefter dette vil indgå i evalueringen af, hvor godt systemet dækker det kliniske behov.